

# Sécurité sanitaire dans les établissements de santé

## FICHES TECHNIQUES DE SECURITE SANITAIRE

### Gestion du risque infectieux

<b>Prévention de la transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob</b>	
<b>Textes en vigueur</b>	
<b>Textes</b>	<b>Contenu</b>
<p>Circulaire n° DGS/5C/DHOS/E2/2001/138 du 14 mars 2001</p> <p>Complète et remplace la circulaire DGS/DH n°100 du 11 décembre 1995</p>	<p>Relative aux précautions à observer lors des soins en vue de réduire les risques de transmission d'agents transmissibles non conventionnels (ATNC)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Prend en compte le risque lié au nouveau variant</li><li>• Comprend 8 fiches en particulier sur</li></ul> <p>- l'évaluation des niveaux de risque (patient, acte)</p> <p>- les procédés et procédures d'inactivation des ANTC</p> <p>- la sélection des dispositifs médicaux</p> <p>- les techniques et modalités de traitement et choix de la procédure d'inactivation des ANTC</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Modifie la circulaire n°236 du 2 avril 1996 : double nettoyage puis désinfection pour actes à risque (biopsie intestinale ou transbronchique, biopsie concernant les formations lymphoïdes) en évitant les procédés fixant l'infectiosité.</li></ul>
<b>Contrôles effectués : corps de contrôle</b>	
MISP, PHISP, ingénieur et technicien sanitaires.	
<b>Remarques</b>	

Inclus dans le programme de contrôle des activités de stérilisation et de désinfection des DM invasifs de type chirurgical (1998-2000).

L'avis de l'infirmière générale, conseillère technique régionale en soins infirmiers (DRASS) est à solliciter.